

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.organ-inspekcii.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Р.А. Пустовалов

01.02.2021

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Е.А. Лонкина

01.02.2021

Экспертное заключение

№ 000377

от 01.02.2021

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный Milerd®

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2. Заявитель: ООО «Милерд Электроникс». Адрес: Российская Федерация, Москва, 129336, улица Стартовая, дом 7, квартира 163. ИНН: 7716949917; ОГРН: 1207700357875.

Производитель: ООО «Милерд Электроникс». Адрес: Российская Федерация, Москва, 129336, улица Стартовая, дом 7, квартира 163.

3. Основание для проведения экспертизы: заявление доверенного лица ИП Тимошенко Е.А., 350011, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова, 98, кв. 191, ИНН 234805513247 ОГРН 317237500194802 (по заказу ООО "ТестКомпакт", г. Владимир, ул. Суздальская, 11, Российская Федерация, ИНН 3327137584, КПП 332701001)

№ 000303/011 от 29.01.2021 г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- Протокол лабораторных испытаний № 12/02-64/ОТ-20 от 03 декабря 2020 г., выданный: Испытательный лабораторный центр ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- ТУ 32.50.50-001-12863277-2020 «Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные, торговая марка «Милерд» Технические условия;
- Макет этикетки.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: для дезинфекции воздуха и уничтожения содержащихся в воздухе бактерий ультрафиолетовым (УФ) излучением.

Продукция производится по: ТУ 32.50.50-001-12863277-2020 «Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные, торговая марка «Милерд».

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II Раздел 17 «Требования к оборудованию, материалам для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные исследования образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол № 12/02-64/ОТ-20 от 03 декабря 2020 г., выданный: Испытательный лабораторный центр ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II Раздел 17 «Требования к оборудованию, материалам для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Таблица 1 (Глава II раздел 17)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образец 1: Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный Milerd® DZR-I			
Физико-гигиенические показатели			
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	Менее 5,0	Не более 15,0	МУ 2.1.2.1829-04
Напряженность электрического поля 50 Гц, кВ/м	Менее 0,1	Не более 0,5	МУК 4.3.2491-09
Индукция магнитного поля частотой 50 Гц, мкТл	Менее 0,2	Не более 5	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
Интенсивность УФ-облучения за пределами установки в диапазонах длин волн***			
315- 400 нм, мВт/м ²	Не обнаружено***	Отсутствие	Р 50.2.039-2004
280- 315 нм, мВт/м ²	Не обнаружено***	Отсутствие	Р 50.2.039-2004
200- 280 нм, мВт/м ²	Не обнаружено***	Отсутствие	Р 50.2.039-2004

Примечание:

**-Измерения проведены в соответствии с главой II раздела 17 «Требования к оборудованию и материалам для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации», утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

***результат ниже предела измерений прибора (менее 10 мВт/м²)

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- состав;
- дата изготовления;
- нормативный документ;
- наименование производителя и юридический адрес;

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный Milerd®, производитель: ООО «Милерд Электроникс», Адрес: Российская Федерация, Москва, 129336, улица Стартовая, дом 7, квартира 163, соответствует нормативам и требованиям Главы II Раздел 17 «Требования к оборудованию, материалам для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Санитарный врач по общей гигиене



Путинцев В.А.